

吕强 北京 北京微量化学研究所 100091

许莉 北京 北京微量化学研究所 100091

肖宏展 北京 北京微量化学研究所 100091

摘要：本文介绍了岛津公司的新型气相色谱/质谱联用仪GCMS-QP2010, 并与该公司的前一代产品GCMS-QP5050A进行了对比。着重介绍了GCMS-QP2010在提高灵敏度、仪器功能和使用范围以及仪器设计上所做的改进, 说明GCMS-QP2010与前代产品GCMS-QP5050A相比确实有较大的提高, 同时也表明了我们的选购该型号仪器的原因。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

New type GC/MS produced by Shimadzu——GCMS-QP2010

---

100091

100091

100091

Abstract: In this paper new type GC/MS produced by Shimadzu which type is GCMS-QP2010 was introduced. Compared with the previous type GCMS-QP5050A, there are lots of improvement in increasing sensitivity, enhancing function and application range, and design on the new type.

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]