

## 天然硼同位素丰度的质谱测定

@刘永福 @刘琦 @王世俊

收稿日期 1963-12-24 修回日期 网络版发布日期:

**摘要** 本文讨论了BF<sub>3</sub>气体天然硼同位素丰度的质谱分析方法;测量结果B~(10)百分含量是19.37%;所获结果的质谱分析测量精度为0.3%;着重讨论了测量中贡献系统误差的因素,有理由认为测量结果的准确度是在±1%范围之内。

关键词

分类号

### 扩展功能

#### 本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(345KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

#### 服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

#### 相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

### Abstract

### Key words

DOI

通讯作者