

药物不良反应

CT检查中含碘造影剂的不良反应

张纯燕

(河北省衡水市中医院CT室, 053000)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的探讨含碘造影剂的不良反应, 预防并减少不良反应的发生。方法经肘静脉推注含碘造影剂行CT检查的患者460例, 分为两组, A组280例使用离子型造影剂60%复方泛影葡胺, B组180例使用非离子型造影剂碘苯六醇(欧乃派克), 观察两组病例不良反应发生情况。结果A组发生不良反应26例, 占9.3%, B组发生不良反应2例, 占1.1%, 仅A组出现重度不良反应1例, 表现为全身抽搐、血压下降, 无死亡病例发生。结论使用含碘造影剂应高度重视高危因素, 做好使用前防护措施, 可以减少不良反应发生, 降低病死率。

关键词 [含碘造影剂](#); [不良反应](#); [体层摄影术](#); [X线计算机](#)

分类号 [R981.1](#); [R969.3](#)

DOI: 10.3870/yydb.2009.03.053

对应的英文版文章: [2009-3-387](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1162KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“含碘造影剂; 不良反应; 体层摄影术,X线计算机”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [张纯燕](#)